

Zertifikat

über die Teilnahme an der Eignungsprüfung

**Härteprüfung nach Rockwell HRC
DIN EN ISO 6508-1**

HRC-2023 (2301-HR)

organisiert durch das



Institut für Eignungsprüfung GmbH
Daimlerstraße 8
D-45770 Marl



Das Prüflaboratorium

**ZFP-München -
zerstörungsfreie Werkstoffprüfung GmbH**

QS

Am Sonnenpoint 9

83533 Edling

Laborcode: 76

hat an der Eignungsprüfung mit folgendem Ergebnis teilgenommen:

	Härteniveau „weich“	Härteniveau „mittel“	Härteniveau „hoch“
Messabweichung	erfolgreich	erfolgreich	Nicht erfolgreich
Wiederholpräzision	erfolgreich	erfolgreich	erfolgreich
Gesamtbewertung: erfolgreich			

Marl, 06.12.2023

Dipl.-Ing. C. Weißmüller
Programmkoordinator