

Zertifikat

über die Teilnahme an der Eignungsprüfung

**Härteprüfung nach Rockwell HRC
DIN EN ISO 6508-1**

HRC-2017 (1701-2)

organisiert durch das

Institut für Eignungsprüfung GmbH

Daimlerstraße 8
D-45770 Marl

Das Prüflaboratorium

**ZFP-München - zerstörungsfreie
Werkstoffprüfung GmbH**

Am Sonnenpoint 9


83533 Edling

Laborcode: 1739

hat an der Eignungsprüfung mit folgendem Ergebnis teilgenommen:

	Härteniveau 25 HRC	Härteniveau 45 HRC	Härteniveau 62 HRC
Messabweichung	erfolgreich	erfolgreich	erfolgreich
Wiederholpräzision	erfolgreich	nicht erfolgreich	erfolgreich
Gesamtbewertung: erfolgreich			

Marl, 23.07.2018


Dipl.-Ing. C. Weißmüller
Programmkoordinator

 **DAkkS**
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-EP-11183-01-00